

Qu'entendez-vous par «performance satisfaisante» ?



You are here

[EDQM FAQs](#) / [FAQ de l'EDQM en français](#) / [SOINS DE SANTÉ](#) / [Transfusion sanguine](#) / [Programme d'essais d'aptitude pour le sang \(B-PTS\)](#) / [Informations spécifiques sur les résultats et l'analyse statistique d'une étude B-PTS](#) / [Résultats et analyse statistique d'une étude B-PTS](#) / Qu'entendez-vous par «performance satisfaisante» ?

Études dans le domaine de la sérologie et des NAT

La performance est jugée satisfaisante si :

- les échantillons *core negative* ne réagissent pas ;
- les échantillons *core positive* réagissent ;
- les rapports sont concordants/cohérents pour des échantillons obtenus en procédant à des dilutions en série à partir du même matériel source ;
- les interprétations des rapports sont correctes.

Études B-PTS dans le domaine de l'immunohématologie

La performance est jugée satisfaisante si :

- les échantillons de sang total sont correctement identifiés *core positive* pour leurs groupes ABO respectifs et pour chacun des phénotypes rhésus, Kell, Duffy, Kidd et MNS ;
- les échantillons de plasma contenant des anticorps irréguliers et classés *core positive* s'avèrent positifs. Si les analyses de spécificité sont effectuées, la spécificité de chaque anticorps doit être bien déterminée et doit correspondre à celle identifiée lors de la préanalyse.

Études B-PTS dans le domaine de la microbiologie

La performance est jugée satisfaisante si :

- les échantillons négatifs ne sont pas contaminés ;
- les échantillons positifs sont contaminés. Si l'identification des échantillons positifs est réalisée en routine, les résultats d'identification doivent être soumis et l'identification correcte doit être obtenue.

Il convient de noter que c'est la performance des laboratoires qui est évaluée, pas celle des dosages utilisés par les participants.