

Je ne parviens pas à répondre aux critères de conformité du système ou au rapport signal/bruit avec la méthode chromatographique décrite. Puis-je procéder à des ajustements ?



Vous êtes ici:

[EDQM FAQs](#) / [FAQ de l'EDQM en français](#) / [PHARMACOPÉE EUROPÉENNE ET HARMONISATION INTERNATIONALE](#) / [Chapitres généraux et monographies](#) / [IMPURETÉS ET CHROMATOGRAPHIE](#) / Je ne parviens pas à répondre aux critères de conformité du système ou au rapport signal/bruit avec la méthode chromatographique décrite. Puis-je procéder à des ajustements ?

Réponse:

Vous pouvez consulter la liste des modifications acceptables figurant dans le chapitre général 2.2.46 (section « Ajustement des conditions chromatographiques »). Notez qu'il n'est toutefois pas recommandé de procéder à de multiples modifications et que les critères de conformité du système de la monographie et du chapitre général 2.2.46 doivent toujours être respectés.