

Qu'entendez-vous par «performance satisfaisante» ?



You are here

[EDQM FAQs](#) / [FAQ de l'EDQM en français](#) / [SOINS DE SANTÉ](#) / [Transfusion sanguine](#) / [Programme d'essais d'aptitude pour le sang \(B-PTS\)](#) / [Informations spécifiques sur les résultats et l'analyse statistique d'une étude B-PTS](#) / [Résultats et analyse statistique d'une étude B-PTS](#) / Qu'entendez-vous par «performance satisfaisante» ?

Études dans le domaine de la sérologie et des NAT

La performance est jugée satisfaisante si :

- les échantillons *core negative* ne réagissent pas ;
- les échantillons *core positive* réagissent ;
- les rapports sont concordants/cohérents pour des échantillons obtenus en procédant à des dilutions en série à partir du même matériel source ;
- les interprétations des rapports sont

Études B-PTS dans le domaine de l'immunohématologie

La performance est jugée satisfaisante si :

- les échantillons de sang total sont correctement identifiés *core positive* pour leurs groupes ABO respectifs et pour chacun des phénotypes rhésus, Kell, Duffy, Kidd et MNS ;
- les échantillons de plasma contenant des anticorps irréguliers et classés *core positive* s'avèrent positifs. Si les analyses de spécificité sont effectuées, la spécificité de chaque anticorps doit être bien déterminée et doit correspondre à celle identifiée lors de la préanalyse.

Il convient de noter que c'est la performance des laboratoires qui est évaluée, pas celle des dosages utilisés par les participants.