

Quand un laboratoire est-il classé comme «satisfaisant» ?



You are here

[EDQM FAQs](#) / [FAQ de l'EDQM en français](#) / [SOINS DE SANTÉ](#) / [Transfusion sanguine](#) / [Programme d'essais d'aptitude pour le sang \(B-PTS\)](#) / [Informations spécifiques sur les résultats et l'analyse statistique d'une étude B-PTS](#) / [Résultats et analyse statistique d'une étude B-PTS](#) / Quand un laboratoire est-il classé comme «satisfaisant» ?

Études dans le domaine de la sérologie et des NAT

Un laboratoire est classé comme «satisfaisant» si :

- tous les échantillons *core positive* et *core negative* sont convenablement déterminés comme «réactifs» ou «non réactifs», respectivement ;
- les rapports interprétés à partir des données brutes fournies sont corrects ;
- les rapports sont concordants/cohérents pour les échantillons obtenus en procédant à des dilutions en série à partir du même matériel source.

Études dans le domaine de l'immunohématologie

Un laboratoire est classé comme «satisfaisant» si tous les échantillons *core positive* sont convenablement caractérisés/s'avèrent positifs.