Comment est calculé le rapport S/N?

Le calcul du rapport signal/bruit repose sur l'amplitude du bruit dans un chromatogramme obtenu après injection d'un blanc, observée sur une distance au moins égale à **5 fois** la largeur à mi-hauteur du pic ($5 \times W_h$) dans le chromatogramme obtenu avec la solution témoin.