

L'exigence de symétrie du pic s'applique-t-elle à toutes les procédures chromatographiques?



Vous êtes ici:

[EDQM FAQs](#) / [FAQ de l'EDQM en français](#) / [PHARMACOPÉE EUROPÉENNE ET HARMONISATION INTERNATIONALE](#) / [Chapitres généraux et monographies](#) / [CHAPITRE GÉNÉRAL 2.2.46 \(11.0\)](#) / [SYMÉTRIE DU PIC](#) / L'exigence de symétrie du pic s'applique-t-elle à toutes les procédures chromatographiques?

Cette exigence s'applique au(x) pic(s) utilisé(s) pour la quantification par standardisation externe (quantification ou essai limite) dans tout essai de pureté par CL ou par CPG ou dans tout dosage.

Elle ne s'applique donc pas aux procédures analytiques ayant recours à la normalisation des surfaces comme procédure de quantification.