

Qu'est-ce que cela signifie ?

 Vous êtes ici:

[EDQM FAQs](#) / [FAQ de l'EDQM en français](#) / [PHARMACOPÉE EUROPÉENNE ET HARMONISATION INTERNATIONALE](#) / [Chapitres généraux et monographies](#) / [CHAPITRE GÉNÉRAL 2.2.46 \(11.0\)](#) / [SENSIBILITÉ DU SYSTÈME](#) / Qu'est-ce que cela signifie ?

Sauf indication contraire dans la monographie spécifique, au seuil de déclaration, le rapport signal/bruit du pic dû à la substance à examiner doit être supérieur à 10.